VICKS®

BehindEar

Gentle Touch Thermometer

USE AND CARE MANUAL

IMPORTANT!
READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

Model
V980USSM
V980

Behind Ear Gentle Touch Thermometer Instruction Manual

The Vicks® Behind Ear Gentle Touch Thermometer has been carefully developed for accurate, safe and fast temperature measurements. The Vicks® Behind Ear Gentle Touch Thermometer is a non-sterile, reusable clinical thermometer intended for intermittent determination of human body temperature using behind earlobe as the measurement as the measurement site on people of all ages.

However, as with any thermometer, proper technique is critical in obtaining accurate temperatures. Therefore, read the use instructions carefully and thoroughly.

Warnings and Precautions

1. Do not use thermometer for 20 minutes on skin if exposed to hot or cold temperatures such as direct sunlight, fireplace heat, cold (compress), direct air conditioning air flow, swimming, bathing, etc.
2. Do not place the thermometer on scarred tissue or tissue compromised by skin disorders.
3. Do not use on patients in trauma or patients treated with certain drug therapies.
4. Do not take temperature from the side on which the patient was laying — use the opposite side.
5. Do not expose the thermometer to temperature extremes below -4°F (-20°C) or over 122°F (50°C) nor excessive humidity (> 85% non-condensing relative humidity).
6. This thermometer should not be used to determine temperature below 95.9 °F (35.5 °C) or above 107.6 °F (42 °C). This thermometer is not intended to interpret hypothermic temperatures.
7. Do not use this thermometer if the operating ambient temperature range is below 50°F (10°C) or over 104°F (40°C).
8. Do not mount the battery with the positive sign facing down. The thermometer will not work.
9. This thermometer is intended for household use only.
10. Use of this thermometer is not intended as a substitute for consultation with your physician.
11. This thermometer is not intended for pre-term babies or small-for-gestational age babies.
12. Do not allow children to take their temperatures unattended.
13. Please consult your doctor if you see symptoms such as unexplained irritability, vomiting, diarrhea, dehydration, seizure, changes in appetite or activity, even in the absence of fever, or who exhibits a low temperature, may still need to receive medical attention.
14. People who are on antibiotics, analgesics, or antipyretics should not be assessed solely on temperature readings to determine the severity of their illness.
15. Temperature elevation may signal a serious illness, especially in adults who are old, frail, have a weakened immune system, or neonates and infants. Please seek professional advice immediately when there is a temperature elevation and if you are taking temperature for whom are:
    - neonates and infants under 3 months
    - over 60 years of age
    - having diabetes mellitus or a weakened immune system (e.g. HIV positive, cancer chemotherapy, chronic steroid treatment, splenectomy)
    - bedridden (e.g. nursing home patient, stroke, chronic illness, recovering from surgery)
    - a transplant patient (e.g. liver, heart, lung, kidney)

    Fever may be blunted or even absent in elderly patients.

1. Chamberlain, J.M., Terndrup, T.E., New Light on Ear Thermometer Readings, Contemporary Pediatrics, March 1994.
2. Chamberlain, J.M., et al., Determination of Normal Ear Temperature with an Infrared Emission Detection Thermometer, Annals of Emergency Medicine, January 1995.

How does Vicks Behind Ear Gentle Touch Thermometer Work?

The Vicks Behind Ear Gentle Touch Thermometer is a hand-held, battery powered device designed to measure human body temperature with a special sensor that accurately and gently detects heat flow through the skin directly behind the ear lobe using the heat conduction effect and prediction techniques. The thermometer calculates heat flow through the skin and by use of a mathematical algorithm estimates the internal body temperature. The temperature reading range of the thermometer is from 95.9° F to 107.6° F (35.5°C to 42°C) and the reading time is about 1 second.

Why Measure Behind the Ear?

The skin area behind the earlobe is over the posterior auricular artery which is a branch of the carotid artery. The carotid artery carries blood to the brain and therefore this site is the best external place to measure temperature.

Body Temperature

Normal body temperature is not a single number – it's a range. Many people incorrectly believe that 98.6°F (37°C) is the only normal temperature. Yet, it's just an average number. Each person has their own normal range which fluctuates throughout the day. It is, therefore, important to determine your normal temperature range. A person's normal (healthy) temperature range tends to decrease with age.

The best method to determine a normal temperature for you and your family members is to use the thermometer when you are feeling well. Record your reading twice a day (early morning and late afternoon) and take an average of the two temperatures. This is considered your normal body temperature. Any variation from it may indicate some sort of illness and you should consult a doctor.

Description

Power On	Turns thermometer on.
Start Button	When the thermometer is placed against the hollow behind the ear, press and hold this button for 1 second to take a temperature.
Sensor	Measures temperature. It will move outward when the Start Button is pressed.
Washable Ring	This is where the sensor is located. The soft washable ring gently touches the skin behind the ear when measuring temperature.
Screen	The screen displays (green) if no fever, (yellow) when the temperature is slightly elevated and a (red) alert for fever.
Low Battery Indicator	Indicates when the battery needs to be replaced.
Memory	Pressing this button will recall the last 8 readings.
Battery Door	Provides access to CR2032 battery.
C/F Switch	Changes display to Celsius or Fahrenheit.



First Time Use

1. Remove display plastic decal. Remove 98.6 °F label from display.
2. Pull plastic strip from under battery door on the back side of the thermometer. No need to open the battery door. This will activate the battery.

How to Take a Temperature

1. Press the Power Button.
2. Wait for OK.
3. Place the yellow ring of the product on the neck behind the ear lobe.

HINT: You can locate this perfect spot by touch: the soft hollow sits between the base of the ear and the bone just behind the ear lobe. When taking a temperature, you want to make sure to position the thermometer in this spot. You may want to lift your child's ear lobe slightly to ensure you are in the right location.

4. While holding thermometer in that spot, press and hold the Start Button. When the unit beeps, release Start Button (Takes about one second.)
5. Temperature displays.
6. Wait 10 seconds for the count-down to take additional temperatures.
7. Thermometer will shut off automatically after 60 seconds.



Temperature Taking Hints

- External factors may influence accuracy, including when an individual has:
  - been recently swimming or bathing.
  - been lying on the side where the temperature is taken from. Never take temperature from the side on which the patient was laying. Use the opposite side.
  - been recently exposed to hot or cold air temperatures. Wait at least 20 minutes after the patient was moved to a room with normal operating conditions.
- Readings from the right side of the patient's head may differ from readings taken on the left side of the head. Therefore, preferably take all temperatures on the same side of the head.

Memory Mode

The Vicks Behind Ear Gentle Touch Thermometer stores the last 8 temperature readings. After turning power on, the last temperature is always briefly displayed.



- To retrieve the last 8 readings, press the "M" Button. The Display will show the most recent temperature with the corresponding reading number. Pressing the "M" Button will show additional readings.
- The Memory Mode is exited either automatically if the "M" Button is no longer pushed or by pressing the Power Button.

Fever InSight® Feature

Fever InSight helps you to better understand the meaning of your child's temperature with the color indicated on the display. The screen displays **Green** if no fever, **Yellow** when the temperature is slightly elevated and a **Red** alert for fever.

- For readings between 97.0-98.8, the LCD will display green as the backlight color indicating that the measurement is within an acceptable range.

- For readings between 98.9-100.3, the LCD will display yellow as the backlight color indicating a slight elevation in temperature measurement.
- For readings 100.4 and above, the LCD will display red as the backlight color indicating possible fever.

Trouble-Shooting

Problem	Possible Cause	Solution
Power can not be turned on	Battery is low or not snapped into position inside the battery holder.	Make sure battery is tightly snapped into battery holder. If the battery is dead, replace battery.
Product doesn't turn off	Internal malfunction	Remove and replace battery.
	Patient or thermometer was moved from a cold environment. Thermometer probe was recently wet cleaned.	Wait at least 20 minutes before retaking temperature. Wait at least 5 minutes after cleaning before retaking temperature.
	Patient or thermometer was moved from a warm environment. Patient was laying on the same side where measurement was taken.	Wait at least 20 minutes before retaking temperature. Measure temperature from the opposite side.
	Internal malfunction	Restart thermometer. If this doesn't fix the problem, contact Kaz Customer Relations at 1-800-477-0457.
	Thermometer was moved during temperature taking process. Thermometer was not in the correct position during the temperature taking process. Short measurement time. Start button was pressed too slow.	Hold thermometer still and retake measurement. Make sure yellow ring of thermometer is behind ear lobe and retake measurement. Make sure that the Start Button is kept pressed until the beep sounds. Retake the temperature and ensure the start button is pressed down quickly. Be sure to hold the Start Button until you hear the beep.

Care and Cleaning

- If the Sensor needs to be cleaned or disinfected, push and hold Start Button to move the tip outward from the Washable Ring. Gently wipe the Sensor and the Washable Ring with a cotton swab or piece of cotton dampened with alcohol. Allow to dry for at least 5 minutes before measuring temperature.
- Use a soft cloth to clean the thermometer display and exterior. The cloth can be slightly dampened with water or alcohol.
- Do not use abrasive cleaners. Never submerge this thermometer in water or any other liquid.
- Store thermometer in a dry location at room temperature free from dust and contamination and away from direct sunlight.
- Do not put thermometer under running tap water or immerse it in the water.

Low Battery Indicator and Replacing Batteries

- If the Low Battery Indicator appears on the Display, it is time to replace your battery. The thermometer takes one 3V lithium battery (CR2032).
- Use your finger to gently lift the battery door open.
- Remove battery by using a pen tip or similar sized item to press the metal tab upward toward the head of the thermometer. The battery will pop up for easy removal.
- Insert a new CR2032 battery with + sign facing out. Push the battery down until it snaps into place.

To protect the environment, dispose of empty batteries at appropriate collection sites according to national or local regulations.

Changing the Temperature Scale

Your thermometer is set at the factory to display Fahrenheit (°F) temperature measurements. If you wish to switch to Celsius (°C) and/or back from Celsius to Fahrenheit, follow the following steps:

1) Press the Power Button to turn on the thermometer.
2) Open the Battery Door - use your finger to lift the battery door open.
3) Find inside the battery compartment a small pin hole with letters C/F nearby.
4) When the display is in the Ready state with <OK> displayed, insert a paper clip wire into the hole and press once to switch temperature display.
5) Follow the steps in the previous "How to Take a Temperature" section of this manual.



Product Specifications

Displayed temperature range:	95.9–107.6 °F (35.5–42 °C)
Measurement time:	1 second
Operating ambient temperature range:	50–104 °F (10–40 °C)
Display resolution:	0.1 °F (also available in °C)
Accuracy:	
Non-predictive mode (liquid bath): 98.6 - 102.2 °F ➔ 0.2 °F (37 - 39 °C ➔ 0.1 °C) below 98.6 & above 102.2 °F ➔ 0.3 °F (below 37 & above 39 °C ➔ 0.2 °C)	
Predictive mode (clinical) :	0.4 °F (0.2 °C)
Humidity storage:	< 15-95% non-condensing
Battery life:	2 years or 500 measurements
Symbol Explanations:	

TYPE BF EQUIPMENT

LOT NUMBER

DATE OF MANUFACTURE

Subject to change without notice.

This appliance conforms to ASTM Standards for Clinical Thermometers: E1112 and E1965-98 for clinical accuracy, wherever applicable.

Portable and mobile RF communications equipment can affect MEDICAL ELECTRICAL EQUIPMENT.

IEC 60601-1:2005 Medical electrical equipment – Part 1: General requirements for basic safety and essential performance.

IEC 60601-1-2: General requirements for basic safety and essential performance –Collateral standard: Electromagnetic compatibility – Requirements and tests
Note: Do not use this device in the presence of electromagnetic or other interferenceoutside the normal range specified in IEC 60601-1-2.

If the thermometer does not function properly, first check the battery. Replace it if necessary. If repair is necessary call our Consumer Relations Department at 1-800-477-0457 or write to Kaz USA, Inc., Consumer Relations Department, 250 Turnpike Road, Southborough, MA 01772 USA, or e-mail consumerrelations@kaz.com, explaining just how the thermometer is improperly working. Our consumer service representative will provide further instruction on how to correct the trouble yourself or will ask you to return the thermometer for repair or replacement.

kaz

Manufacturing Quality Healthcare Products for Over 75 Years

Kaz USA, Inc. • 250 Turnpike Road • Southborough, MA 01772 USA • www.behindear.com
This product is manufactured by Kaz USA, Inc. under license from The Procter & Gamble Company. Vicks and other associated trademarks are owned by The Procter & Gamble Company. Fever InSight is a registered trademark of Kaz USA, Inc.
©2012 Kaz USA, Inc. All Rights Reserved
Designed in the USA. Made and printed in China.
Protected by US Patents: 7,828,743/7,350,973 and 7,785,266

31IMV980194
05/15/13

VICKS®

Termómetro Suave al Tacto para

Detrás de la Oreja

Manual de Uso y Cuidado

¡Importante!
LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Modelo
V980USSM
V980

Termómetro Suave al Tacto para Detrás de la Oreja

Manual de Instrucciones

El Termómetro Suave al Tacto para Detrás de la Oreja Vicks® ha sido cuidadosamente desarrollado para mediciones rápidas, seguras y precisas de la temperatura. El Termómetro Suave al Tacto para Detrás de la Oreja Vicks® es un termómetro clínico, no estéril y reutilizable para la determinación intermitente de la temperatura del cuerpo humano usando la parte trasera del lóbulo de la oreja como el sitio de medición en personas de todas las edades.

Sin embargo, como con cualquier termómetro, la técnica apropiada es crítica en la obtención de temperaturas exactas. Por lo tanto, lea a fondo y con cuidado las instrucciones de uso.

Advertencias y Precauciones

1. No utilice el termómetro durante 20 minutos en la piel si esta fue expuesta a temperaturas frías o calientes tales como luz solar directa, calor de chimenea, compresas frías, corriente directa del aire acondicionado, nadar, bañarse, etc.
2. No coloque el termómetro en tejido con cicatrices o tejido comprometido por trastornos en la piel.
3. No utilice en pacientes en trauma o tratados con terapia de ciertos medicamentos.
4. No tome la temperatura en el lado por el cual el paciente estuvo recostado - utilice el lado opuesto.
5. No exponga el termómetro a temperaturas extremas por debajo de -20°C (-4°F) o superiores a 50°C (122°F) o a humedad excesiva (> 85% humedad relativa no condensada).
6. Este termometro nunca debe ser usado para determinar temperatura bajo 95,9 °F (35,5 °C) or above 107,6 °F (42 °C). Este termómetro no está diseñado para interpretar temperaturas hipotérmicas.
7. No utilice este termómetro si el rango de temperatura ambiente de operación está por debajo de 10°C (50°F) o superior a 40°C (104°F).

8. No coloque la batería con el signo positivo hacia abajo. El termómetro no funcionará.
9. Este termómetro es previsto para uso exclusivo del hogar.
10. El uso de este termómetro no está previsto para sustituir la consulta con su doctor.
11. Este termómetro no está destinado para bebés prematuros o pequeños para la edad gestacional.
12. No permita que los niños tomen su temperatura sin supervisión.
13. Por favor consulte a su médico si observa síntomas tales como irritabilidad inexplicable, vómitos, diarrea, deshidratación, cambios en el apetito o en la actividad, convulsiones, dolor muscular, temblores, rigidez en el cuello, dolor al orinar, etc., aún en ausencia de fiebre. Incluso en ausencia de fiebre, aquellos que presenten una temperatura normal pueden necesitar atención médica.
14. Personas que estén tomando antibióticos, analgésicos y antipiréticos no deben evaluarse únicamente con las lecturas de temperatura para determinar la gravedad de su enfermedad.
15. La elevación de temperatura puede indicar una enfermedad grave, especialmente en los adultos mayores y frágiles, con un sistema inmunológico débil, o en recién nacidos y bebés. Por favor busque inmediatamente asesoramiento profesional cuando haya una elevación de la temperatura y si usted está tomando temperatura para quienes son:
    - recién nacidos y bebés menores de 3 meses.
    - mayores de 60 años.
    - tienen diabetes mellitus o un sistema inmunológico débil (por ejemplo, VIH positive, quimioterapia para el cáncer, tratamiento crónico con esteroides, esplenectomía).
    - postrados en cama (pacientes de asilos de ancianos, derrame cerebral, enfermedad crónica, recuperación de una cirugía).
    - pacientes de trasplante (por ejemplo, hígado, corazón, pulmón, riñón).

    La fiebre puede ser débil o incluso ausente en pacientes de edad avanzada.

¿Cómo funciona el Termómetro Suave al Tacto para Detrás de la Oreja Vicks?

El Termómetro Suave al Tacto para Detrás de la Oreja Vicks es un dispositivo de mano, operado con baterías, diseñado para medir la temperatura corporal humana con un sensor especial que detecta con precisión y suavidad el calor a través de la piel detrás del lóbulo de la oreja utilizando el efecto de conducción de calor y técnicas de predicción. El termómetro calcula el calor a través de la piel y mediante el uso de un algoritmo matemático estima la temperatura interna corporal. El rango de lectura de la temperatura del termómetro es de 35,5°C a 42°C (95,9° F a 107,6° F) y el tiempo de lectura es cerca de 1 segundo.

¿Por qué medir la temperatura Detrás de la Oreja?

El área de piel detrás del lóbulo está sobre la arteria auricular posterior la cual es una rama de la arteria carótida. La arteria carótida lleva sangre al cerebro y por lo tanto esta zona es el mejor lugar externo para medir la temperatura.

Temperatura Corporal

La temperatura normal del cuerpo no es un solo número – es un rango. Muchas personas erróneamente creen que 98,6°F (37°C) es la única temperatura normal. Con todo, es solo un número promedio. Cada persona tiene su propio rango normal, el cual fluctúa durante el día. Es, por lo tanto, importante determinar su rango de temperatura normal. El rango normal (sano) de temperatura de una persona tiende a disminuir con la edad.

El mejor método para determinar una temperatura normal para usted y los miembros de su familia es usar el termómetro cuando usted se sienta bien. Registre su lectura dos veces al día (temprano en la mañana y al terminar la tarde) y tome el promedio de las dos.

Descripción

Encendido	Enciende el termómetro.
Botón de Inicio	Cuando el termómetro se coloca contra el hueco detrás de la oreja, presione y sostenga este botón durante 1 segundo para tomar la temperatura.
Sensor	Mide la temperatura. Se moverá hacia afuera cuando se presione el Botón de Inicio.
Anillo Lavable	Aquí es donde el sensor está ubicado. El suave anillo lavable toca suavemente la piel detrás de la oreja cuando esté midiendo la temperatura.
Pantalla	La pantalla mostrará (verde) si no hay fiebre, (amarillo) cuando la temperatura esté ligeramente elevada y una alerta (roja) cuando haya fiebre.
Indicador de Batería Baja	Indica cuando la batería necesita ser reemplazada.
Memoria	Al presionar este botón se mostrarán las últimas 8 lecturas.
Tapa de la Batería	Proporciona acceso a la batería CR2032.
Interruptor C/F	Cambia la escala de medición de Centígrados o Fahrenheit.

Primer Uso

1. Retire la etiqueta de plástico de la pantalla. Retire la etiqueta de 98.6 °F de la pantalla.
2. Jale la tira de plástico que está por debajo de la puerta de la batería en la parte posterior del termómetro. No necesita abrir la tapa de la batería. Esto activará la batería.

Cómo Medir la Temperatura

1. Presione el Botón de Encendido.
2. Espere a que muestre OK.
3. Coloque el anillo amarillo del producto en el cuello detrás del lóbulo de la oreja. **SUGERENCIA:** Puede encontrar este lugar perfecto mediante el tacto: el hueco suave se sitúa entre la base de la oreja y el hueso justo detrás del lóbulo de la oreja. Al tomar la temperatura, asegúrese de colocar el termómetro en este lugar. Puede levantar ligeramente el lóbulo de la oreja de su niño para asegurarse de que está en el lugar correcto.
4. Mientras sostiene el termómetro en ese lugar, presione **y sostenga** el Botón de Encendido. Cuando la unidad emita un pitido, deje de presionar el Botón de Encendido (Toma alrededor de un segundo).
5. La temperatura aparecerá.
6. Espere 10 segundos para la cuenta regresiva para medir otras temperaturas.
7. El termómetro se apagará automáticamente después de 60 segundos.



Consejos para la Medición de Temperatura

- Factores externos pueden influenciar la exactitud, incluyendo cuando el individuo ha:
  - estado nadando o bañándose recientemente.
  - estado recostado sobre el lado donde fue medida la temperatura. Nunca mida la temperatura del lado en donde el paciente estuvo recostado. Utilice el lado opuesto.
  - estado expuesto recientemente a temperaturas frías o calientes. Espere al menos 20 minutos después de que el paciente esté en una habitación con condiciones normales para la medición.
- Las lecturas tomadas de la parte derecha de la cabeza del paciente pueden ser diferentes a las lecturas tomadas de la parte izquierda de la cabeza. Por lo tanto, preferentemente mida todas las temperaturas del mismo lado de la cabeza.

Modo de Memoria

El Termómetro Suave al Tacto para Detrás de la Oreja Vicks almacena hasta 8 lecturas de temperatura. Después de encender, se exhibirá brevemente la última temperatura.

- Para recuperar las últimas 8 lecturas, presione el Botón "M". La Pantalla mostrará la temperatura más reciente con el número correspondiente de lectura. Presionar el Botón "M" mostrará lecturas adicionales.

- Se sale automáticamente del Modo de Memoria si se deja de presionar el Botón "M" o presionado el Botón de Encendido.

Característica Fever InSight®

Fever InSight le ayuda a entender mejor el significado de la fiebre de su hijo con el color indicado en la pantalla. La pantalla muestra **Verde** si no hay fiebre, **Amarillo** cuando la temperatura está ligeramente elevada y una alerta **Roja** cuando hay fiebre.

- Para lecturas entre 97.0-98.8, la pantalla LCD mostrará el verde como color de fondo indicando que la medición está dentro de un rango aceptable.
- Para lecturas entre 98.9-100.3, la pantalla LCD mostrará el amarillo como color de fondo indicando un ligero aumento en la medición de temperatura.
- Para lecturas 100.4 y superiores, la pantalla LCD mostrará el rojo como color de fondo indicado posible fiebre.

Solución de Problemas

Problema	Posible Causa	Solución
No se puede encender	La batería está baja o no está bien colocada en su lugar dentro del compartimiento de la batería.	Asegúrese que la batería esté bien colocada en el compartimiento de la batería. Si la batería está descargada, cámbiela.
El producto no se apaga	Mal funcionamiento interno	Saque y reemplace la batería.
Lectura Baja ("Lo")	El paciente o el termómetro fueron movidos de un ambiente frío. El sensor del termómetro fue recientemente limpiado con agua.	Espere al menos 20 minutos antes de tomar nuevamente la temperatura Espere al menos 5 minutos después de la limpieza antes de medir nuevamente la temperatura.
Lectura "Alta" ("Hi")	El paciente o el termómetro fueron movidos de un ambiente cálido. El paciente estaba acostado del mismo lado donde se le tomó la temperatura.	Espere al menos 20 minutos antes de medir nuevamente la temperatura. Mida la temperatura en el lado opuesto.
La pantalla muestra Err	Mal funcionamiento interno	Reinicie el termómetro. Si esto no resuelve el problema, contacte a Servicio al Consumidor de Kaz al 1-800-477-0457.
La pantalla muestra POS	El termómetro fue movido durante el proceso de medición de temperatura. El termómetro no estaba en la posición correcta durante el proceso de medición de temperatura. Tiempo corto de medición. El botón de encendido se presionó muy despacio.	Sujete el termómetro sin moverlo y vuelva a tomar la medición. Asegúrese que el anillo amarillo del termómetro esté detrás del lóbulo de la oreja y vuelva a tomar la temperatura. Asegúrese que el Botón de Encendido se mantenga presionado hasta que se escuche la señal sonora. Vuelva a tomar la temperatura y asegúrese que el botón de encendido sea presionado rápidamente. Be sure to hold the Start Button until you hear the beep.

Cuidado y Limpieza

- Si el Sensor necesita limpieza o desinfección, presione y sostenga el Botón de Inicio para mover la punta hacia afuera del Anillo Lavable. Limpie con cuidado el Sensor y el Anillo Lavable con un hisopo o pedazo de algodón con alcohol. Permita que seque por al menos 5 minutos antes de medir la temperatura.

- Utilice un paño suave para limpiar la pantalla del termómetro y el exterior. El paño puede estar ligeramente humedecido con agua o alcohol.
- No utilice limpiadores abrasivos. Nunca sumerja este termómetro en agua u otros líquidos.
- Guarde el termómetro en un lugar seco a temperatura ambiente, libre de polvo y contaminación y lejos de la luz directa del sol.
- No coloque el termómetro debajo del chorro de agua del grifo o lo sumerja en agua.

Indicador de Batería Baja y Reemplazo de Baterías

- Si el Indicador de Batería Baja aparece en la Pantalla, es tiempo de reemplazar las baterías. El termómetro utiliza una batería de 3V~ de Litio (CR2032).

- Use su dedo para levantar con cuidado para abrir la puerta de la batería.
- Quite la batería usando la punta de un bolígrafo o un objeto de tamaño similar para presionar la lengüeta de metal hacia arriba hacia la cabeza del termómetro. La batería emergerá para ser retirada fácilmente.
- Introduzca una nueva batería CR2032 con el signo + orientado hacia afuera. Empuje hacia abajo la puerta de la batería hasta que encaje en su lugar.

Para proteger el medioambiente, deseche las baterías usadas en los sitios de recolección apropiados de acuerdo con las regulaciones nacionales o locales.

Cambiar la Escala de Medición de la Temperatura

Su termómetro esta configurado de fábrica para mostrar medidas en Fahrenheit (°F). Si desea cambiar a Centígrados (°C) y/o regresar de Centígrados a Fahrenheit, siga los siguientes pasos:



1) Presione el Botón de Encendido del termómetro.
2) Abra la Tapa del Compartimiento de la Batería – utilice el dedo para hacerlo.
3) Localice dentro del compartimiento de la batería un pequeño orificio con las letras C/F.
4) Cuando la pantalla esté en estado de Listo y muestre <OK> inserte el alambre de un clip para papel en el orificio una vez y cambie la escala de la temperatura.
5) Siga los pasos de arriba de Cómo Medir la Temperatura.

Especificaciones del Producto

Rangos de temperatura mostrados:	35,5 – 42 °C (95,9– 107,6 °F)
Tiempo de Medición:	1 segundo
Rango de temperatura ambiente para la operación:	10 – 40 °C (50 – 104 °F)
Resolución de la Pantalla:	0,1 °C (0.1°F)

Precisión
Modo no predictivo (baño liquido)
98,6 – 102,2 °F ➔ 0,2 °F (37 - 39 °C ➔ 0,1 °C)
Bajo 98,6 y sobre 102,2 °F ➔ 0,3 °F (bajo 37 & sobre 39 °C ➔ 0,2 °C)

Modo predictivo (clinical) :	0,4 °F (0,2 °C)
Guardar en condiciones bajo de humedad	< 15-95% no condensamiento
Bateria dura:	2 años o 500 medidas

Explicaciones de simbolos

EQUIPO TIPO BF

NÚMERO DE LOTE

FECHA DE FABRICACIÓN

Sujeto a cambio sin previo aviso.

Este aparato cumple con los estándares ASTM para Termómetros Clínicos: E1112 y E1965-98, dondequiera que sean aplicados.

Equipo de comunicación portátil y RF móvil pueden afectar el EQUIPO ELÉCTRICO MÉDICO.

Este dispositivo cumple con las siguientes normas: IEC 60601-1 3ra Edición «Equipo eléctrico médico» – Parte 1: Requisitos generales para la seguridad básica y funcionamiento esencial DIN EN 12470-5: 2003 «Termómetros clínicos» – IEC 60601-1-2: Requisitos generales para seguridad básica y funcioamiento esencial – Norma colateral: Compatibilidad electromagnética – Requisitos y pruebas
NOTA: No use este dispositivo en presencia de interferencias electromagnéticas o de otros tipos fuera del rango normal especificado en IEC 60601-1-2.

Si el termómetro no funciona adecuadamente, primero revise la batería. Cámbiela si es necesario. Si necesita reparación llame a nuestro Departamento de Servicio al Consumidor al 1-800-477-0457 o escriba a Kaz USA, Inc., Consumer Relations Department, 250 Turnpike Road, Southborough, MA 01772 USA, o mande un correo electrónico a consumerrelations@kaz.com, explicando el funcionamiento incorrecto del termómetro. Nuestro representante de servicio al consumidor le proporcionará mayores instrucciones de como corregir el problema usted mismo o le pedirá regresar el termómetro para reparación o reemplazo.

kaz

Haciendo Productos de Calidad para el Cuidado de la Salud por más de 75 Años

Kaz USA, Inc. • 250 Turnpike Road • Southborough, MA 01772 USA • www.behindear.com
EEste producto es fabricado por Kaz USA, Inc. bajo licencia de The Procter & Gamble Company. Vicks y otras marcas registradas asociadas son propiedad de The Procter & Gamble Company. Fever InSight es una marca registrada de Kaz USA, Inc.
©2013 Kaz USA, Inc. Todos los Derechos Reservados.
Diseñado en E.E.U.U. Hecho e impreso en China.
Protegido por Patentes en los EE.UU.: 7,828,743 / 7,350,973 / 7,785,266

31IMV980194
05/15/13